

ゲルマニウム半導体放射能測定器による濃度検査結果 (水道水以外の飲料水)

検査月 : 平成24年11月
 測定時間 : 2,000秒
 測定場所 : 小野町役場放射能検査室(母子健康センター内)
 基準値 : 飲料水 10ベクレル/キログラム

No.	測定日	検体名	採水地区	核種濃度 (ベクレル/キログラム)	
				セシウム-134	セシウム-137
1	11月1日	井戸水	菖蒲谷	ND (<0.88)	ND (<0.85)
2	11月1日	井戸水	雁股田	ND (<0.51)	ND (<0.81)
3	11月1日	井戸水	本町	ND (<0.86)	ND (<0.68)
4	11月1日	引き水	飯豊下	ND (<0.74)	ND (<0.88)
5	11月1日	引き水	雁股田	ND (<0.86)	ND (<0.68)
6	11月1日	引き水	吉野辺	ND (<0.77)	ND (<0.8)
7	11月1日	引き水	吉野辺	ND (<0.87)	ND (<0.91)
8	11月2日	井戸水	谷津作	ND (<0.98)	ND (<0.97)
9	11月2日	井戸水	小野赤沼	ND (<1.03)	ND (<1.09)
10	11月2日	井戸水	大八	ND (<0.8)	ND (<0.84)
11	11月2日	井戸水	本町	ND (<0.91)	ND (<0.92)
12	11月2日	井戸水	和名田	ND (<0.78)	ND (<0.74)
13	11月2日	井戸水	小野赤沼	ND (<1.3)	ND (<1.22)
14	11月2日	井戸水	飯豊下	ND (<0.67)	ND (<0.71)
15	11月2日	引き水	仲町	ND (<0.93)	ND (<1.11)
16	11月5日	井戸水	皮籠石	ND (<0.88)	ND (<0.67)
17	11月5日	引き水	飯豊中	ND (<0.86)	ND (<0.68)
18	11月5日	井戸水	本町	ND (<1.06)	ND (<1.11)
19	11月5日	井戸水	吉野辺	ND (<1.24)	ND (<0.98)
20	11月6日	井戸水	荒町	ND (<1.02)	ND (<1.09)
21	11月6日	井戸水	皮籠石	ND (<1.08)	ND (<1.14)
22	11月6日	井戸水	皮籠石	ND (<1.19)	ND (<1.1)
23	11月7日	井戸水	湯沢	ND (<0.88)	ND (<1.01)
24	11月7日	井戸水	湯沢	ND (<1)	ND (<0.86)
25	11月8日	井戸水	浮金	ND (<0.98)	ND (<1.01)
26	11月8日	井戸水	雁股田	ND (<1.13)	ND (<0.83)
27	11月8日	井戸水	皮籠石	ND (<0.6)	ND (<0.57)
28	11月9日	井戸水	皮籠石	ND (<1.23)	ND (<1.16)
29	11月9日	井戸水	皮籠石	ND (<1.12)	ND (<1.14)
30	11月9日	井戸水	夏井	ND (<0.9)	ND (<1.01)
31	11月13日	井戸水	上羽出庭	ND (<0.66)	ND (<0.83)

ゲルマニウム半導体放射能測定器による濃度検査結果 (水道水以外の飲料水)

検査月 : 平成24年11月
 測定時間 : 2,000秒
 測定場所 : 小野町役場放射能検査室(母子健康センター内)
 基準値 : 飲料水 10ベクレル/キログラム

No.	測定日	検体名	採水地区	核種濃度 (ベクレル/キログラム)	
				セシウム-134	セシウム-137
32	11月13日	引き水	浮金	ND (<0.91)	ND (<1.1)
33	11月13日	井戸水	雁股田	ND (<0.67)	ND (<0.69)
34	11月13日	井戸水	小野山神	ND (<0.68)	ND (<0.72)
35	11月13日	井戸水	小戸神	ND (<0.67)	ND (<0.79)
36	11月14日	井戸水	雁股田	ND (<0.81)	ND (<0.97)
37	11月14日	井戸水	夏井	ND (<1.23)	ND (<1.18)
38	11月14日	井戸水	谷津作	ND (<0.67)	ND (<0.75)
39	11月14日	井戸水	上羽出庭	ND (<0.79)	ND (<0.99)
40	11月15日	井戸水	小野赤沼	ND (<0.83)	ND (<0.81)
41	11月15日	井戸水	夏井	ND (<1.38)	ND (<1.49)
42	11月15日	井戸水	横町	ND (<0.74)	ND (<0.75)
43	11月15日	引き水	吉野辺	ND (<1.47)	ND (<1.55)
44	11月16日	引き水	小野赤沼	ND (<0.83)	ND (<0.81)
45	11月16日	井戸水	夏井	ND (<1.17)	ND (<0.92)
46	11月19日	井戸水	塩庭一区	ND (<0.85)	ND (<0.86)
47	11月19日	井戸水	上羽出庭	ND (<0.94)	ND (<0.85)
48	11月21日	井戸水	吉野辺	ND (<0.77)	ND (<0.87)
49	11月27日	井戸水	菖蒲谷	ND (<0.8)	ND (<0.65)
50	11月27日	井戸水	塩庭一区	ND (<1.12)	ND (<1.07)
51	11月27日	井戸水	塩庭一区	ND (<1.13)	ND (<1.08)
52	11月27日	井戸水	塩庭一区	ND (<0.84)	ND (<0.83)
53	11月27日	井戸水	浮金	ND (<1.14)	ND (<0.97)
54	11月27日	引き水	塩庭一区	ND (<0.97)	ND (<0.98)
55	11月27日	引き水	浮金	ND (<0.64)	ND (<0.79)

※核種濃度欄の「ND」は()内に記載の検出限界値未満を示しています。